

Kriokomory - MD-2.A

Konfiguracja systemu detekcji:

- moduł alarmowy MD-2.A,
- detektory tlenu DG-9E5/N (spadek zawartości tlenu w otaczającym powietrzu 19/18 % obj.),
- sygnalizator optyczno-akustyczny SL-32,
- zasilacz buforowy PS-3x-1 wraz z akumulatorem AKU-7,
- rozłącznik instalacyjny SW-20,
- opcjonalnie moduł GSM-M8 (powiadamianie o alarmach).

